



Рис. 1. Рентгенограмма порошка BaI_2 . Уширенные рефлекссы с максимумами при $21,5^\circ$ и $23,8^\circ$ относятся к полиэтиленовой пленке

Fig. 1. XRD pattern of BaI_2 sample. Broaden reflections with maxima at 21.5° and 23.8° refers to polyethylene film